



PARECER TÉCNICO DAS AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001.20.03.2025-SEMUS

No dia 30 de abril de 2025, às 11:59 (onze horas e cinquenta e nove minutos), na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Russas em expediente interno, foram analisadas as amostras dos produtos, entregues pela empresa vencedora **SYSMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES**, inscrita no CNPJ Nº **15.496.297/0001-03**, conforme previsto no edital, cujo objeto foi: Registro de preços visando à futura e eventuais aquisições de materiais médico hospitalar (cateter), destinados aos pacientes com necessidades especiais atendidos pelo município de Russas-CE, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência. Foram feitas as análises da adequação a descrição dos itens previstos no edital, da qualidade, das características dos itens e adequação das embalagens, e considerando a legislação vigente, regulamentos técnicos de qualidade e normas técnicas vigentes no país. Desta forma, a farmacêutico **Francisco Wanderlei Lima Silva CRF – 4924**, vem por meio deste relatório apresentar seu parecer técnico sobre a avaliação das amostras.

As amostras da empresa vencedora foram entregues dentro do prazo estabelecido no edital. A análise técnica de cada item está descrita no quadro a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA DA AMOSTRA	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
1	<p>Cateter uretral com revestimento hidrofílico masculino, compacto, lubrificado, pronto para uso, com bolsa coletora de urina integrada, de uso único, para cateterização intermitente:</p> <p>cateter uretral com revestimento hidrofílico masculino, compacto, lubrificado, pronto para uso, com bolsa coletora de urina integrada, de uso único, para cateterização intermitente. apresenta sistema telescópico de abertura, confeccionado em poliuretano na parte flexível e metacrilato na parte rígida, atóxico, hipoalergênico, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de polivinilpirrolidona (pvp) e cloreto de sódio, em toda a extensão; resistente a torções com orifícios radiais, polidos e lubrificados, com diâmetro interno de (4.0/ 6.0mm), comprimento de 30cm e calibre nº 12/18 (ch12/18). bolsa</p>	COLOPLAST	Produto apresentado em boas condições, com embalagens adequadas conforme o fabricante, contendo número de lote, validade, procedência e devidamente apresentadas conforme exigências do EDITAL.	Produto Aprovado





	coletora integrada com capacidade para 750ml. em embalagem de polipropileno que garante a integridade do produto e a manutenção ideal da lubrificação, promove barreira antimicrobiana e abertura asséptica. produto esterilizado por radiação beta. caixa com 20 unidades. LOTE 9984420 VALIDADE 28/09/2026			
2	Cateter uretral com revestimento hidrofílico masculino, compacto, pronto para uso, de uso único, para cateterização intermitente: cateter uretral com revestimento hidrofílico masculino, compacto, pronto para uso, de uso único, para cateterização intermitente. apresenta sistema telescópico de abertura, confeccionado em poliuretano na parte flexível e metacrilato na parte rígida, atóxico, hipoalergênico, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de polivinilpirrolidona (PVP) e cloreto de sódio, em toda a extensão; resistente a torções com orifícios radiais, polidos e lubrificados, com diâmetro externo de (4.0/ 6.0mm), calibre nº 12/18 (ch12/18). em embalagem de polipropileno que garantem a integridade do produto e a manutenção ideal da lubrificação, promove barreira antimicrobiana e abertura asséptica. produto esterilizado por irradiação. caixa com 30 unidades. LOTE 10103120 VALIDADE 11/12/2026	COLOPLAST	Produto apresentado em boas condições, com embalagens adequadas conforme o fabricante, contendo número de lote, validade, procedência e devidamente apresentadas conforme exigências do EDITAL.	Produto Aprovado
3	Cateter uretral com revestimento hidrofílico feminino, compacto, lubrificado, pronto para uso, com bolsa coletora de urina integrada, de uso único, para cateterização intermitente: cateter uretral com revestimento hidrofílico feminino, compacto, lubrificado, pronto para uso, com bolsa coletora de urina integrada, de uso único, para cateterização intermitente. confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de polivinilpirrolidona (PVP) e cloreto de	COLOPLAST	Produto apresentado em boas condições, com embalagens adequadas conforme o fabricante, contendo número de lote, validade, procedência e devidamente apresentadas conforme exigências do EDITAL.	Produto Aprovado





	sódio, em toda a extensão; resistente a torções com orifícios radiais, polidos e lubrificados, com diâmetro interno de (4.0/ 6.0mm), comprimento de 9cm e calibre nº 12 (ch12). bolsa coletora integrada com capacidade para 750ml. em embalagem de polipropileno que garante a integridade do produto e a manutenção ideal da lubrificação, promove barreira antimicrobiana e abertura asséptica. Produto esterilizado por radiação beta. caixa com 20 unidades LOTE 10042962 VALIDADE 06/11/2026			
4	Cateter uretral com revestimento hidrofílico feminino, lubrificado, pronto para uso, de uso único, para cateterização intermitente: cateter uretral com revestimento hidrofílico feminino, lubrificado, pronto para uso, de uso único, para cateterização intermitente. confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de polivinilpirrolidona (PVP) e cloreto de sódio, em toda a extensão; resistente a torções com orifícios radiais, polidos e lubrificados, com diâmetro interno de (3.3mm), calibre nº (ch10). em embalagem de alumínio que garante a integridade do produto e a manutenção ideal da lubrificação, promove barreira antimicrobiana e abertura asséptica. produto esterilizado por radiação beta. caixa com 30 unidades. LOTE 9869189 VALIDADE 11/07/2026	COLOPLAST	Produto apresentado em boas condições, com embalagens adequadas conforme o fabricante, contendo número de lote, validade, procedência e devidamente apresentadas conforme exigências do EDITAL.	Produto aprovado
5	Cateter uretral com revestimento hidrofílico infantil, lubrificado, pronto para uso, de uso único, para cateterização intermitente: cateter uretral com revestimento hidrofílico infantil, lubrificado, pronto para uso, de uso único, para cateterização intermitente. confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de polivinilpirrolidona (PVP) e cloreto de	COLOPLAST	Produto apresentado em boas condições, com embalagens adequadas conforme o fabricante, contendo número de lote, validade, procedência e devidamente apresentadas conforme exigências do EDITAL.	Produto aprovado





Russas

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TRABALHO
QUE TODO
mundo vê



<p>sódio, em toda a extensão; resistente a torções com orifícios radiais, polidos e lubrificadas, com diâmetro interno de (2.7mm), calibre nº 8 (ch08). em embalagem de alumínio que garante a integridade do produto e a manutenção ideal da lubrificação, promove barreira antimicrobiana e abertura asséptica. produto esterilizado por radiação beta. caixa com 30 unidades LOTE 9915914 VALIDADE 29/08/2026</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Conclusão:

Considerando que as amostras apresentam conformidade com as especificações contidas no termo de referência não apresentando divergências de qualidade inferior em relação a algum item da especificação constante no termo de referência ou da proposta, tendo sido observado, além da qualidade a conformidade da embalagem com a legislação vigente, onde consta obrigatoriamente no rótulo de sua embalagem os dados relativos a identificação e procedência do produto e a sua composição, Item, data de fabricação, prazo de validade, fabricante e o número de Registro na entidade competente, lote e validade do produto, consideramos satisfatório os produtos apresentados.

Diante do exposto e por tudo que foi observado nas amostras apresentadas pela empresa **SYSMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES**, inscrita no CNPJ Nº **15.496.297/0001-03**, concluo que se apresenta satisfatória a eficácia da contratação, especificamente quanto aos aspectos dos produtos avaliados neste parecer, uma vez que todos atendem às especificações constantes no termo de referência, pelas razões expostas, emito parecer **FAVORÁVEL**.

Russa- CE, em 07 de maio de 2025



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO WANDERLEI LIMA SILVA
 Data: 07/05/2025 15:51:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Wanderlei Lima Silva
 Farmacêutico
 CRF – 4924

